

管理番号

N30681

検査日	2023年 8月 28日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	振動式攪拌機	機械Ser.No	0909300042	周波数	50/60 Hz
型名	VP-01	製造年月	不明	タイマー	~999h(最大)
メーカー名	吉川化工	攪拌能力	最大5kg	攪拌スピード	固定
外寸	W430×D380×H965	電源電圧	AC100V 400W	最大容器寸法	W240×D240×H246

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	通電起動時に異常(異音・異臭・漏れ・暴走等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 1、外観確認。→クリーニング後、問題なし。
- 2、動作確認実施。→動作OK。
 - 2-1、扉インターロック確認。
 - 2-2、容器固定手動ロックレバー確認。
 - 2-3、タイマー設定(秒/分/時切替付)及び動作時間確認。
 - 2-3、ダミー容器にてタイマー動作時間内の振動/攪拌動作が安定して動作するかの確認。

動作確認



取扱説明書(無)ユーチューブで取扱い動画あり

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者
2024年11月19日	再動作確認実施。→上記内容再現問題なし。	小林(氏)
SHIRASAGI 入力	(備考欄コメント)	[責任者]
動作(OK) 作業工数[3H]		
検査担当者[小林(克)]		
ユーザー名[]	】出荷日 年 月 日	

