

管理番号

N30704


# 動作確認チェックシート

検査日	2023年7月27日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	デシケーター(ガス置換可)	4ドア1室			
型式	GD-W	外寸wxdxh	1160x530x1760		
メーカー名	アズワン	棚板	10枚		
機械Ser,No	Lot,No,527865	ガス置換IN,OUT	1/4Rcx4		
製造年月					

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	×
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	—
3 保管・出荷準備	水抜き・ピス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	—
4 確認シール	動作確認済シールを貼る	○
5		
6		
7		

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 背面アクリル板、割れている、L=1m位。



取扱説明書(無)

## 修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録・再動作	作業者

SHIRASAGI入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(NG) 作業工数[ 1 H]

検査担当者[ 上田 ]

ユーザー名【 出荷日 年 月 日

