

管理番号

N30877

動作確認チェックシート (恒温恒湿槽)

検査日	2025年6月12日	電源電圧	3相 200V 50/60Hz	パターン/ステップ数	32ステップ34パターン
型式	TPCF-288-20	温度範囲	-20 ~ 150℃	内寸	W600D600H800
メーカー名	いすゞ製作所	湿度範囲	20 ~ 98%RH	外寸	W1175D1150H1765
機械Ser.No	AGG433187-2	内容量	288 L	重量	330 Kg
製造年月	2017年 3月				

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・パッキン・ゴム栓・スイッチ等に著しいキズ・破損はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	温湿度設定SW・その他SWの機能は正常か。	○
4 温度調節機能	仕様温度範囲の調節ができるか。(定置運転)	○
5 湿度調節機能	仕様湿度範囲の調節ができるか。	○
6 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・フィルタの汚れ・入庫元に関するシール等を取り除く	○
7 確認シール	動作確認済シールを貼る(右側側面上部または機種名板が側面にあるときは、その近く)	○

最高・最低温度到達時間	
21.4℃ ⇒ 150℃	約 30 分
22.7℃ ⇒ -20℃	約 30 分
条 件	

動作確認環境(室温23℃ 湿度67%RH)

・外観 …異常なし



・通電確認

画面表示 確認

タッチパネル操作 確認

室内灯点灯 確認

冷凍機運転表示ランプ点灯 確認



・過昇防止設定機能


動作でモニター消灯、出力停止 確認



備 考 (動作確認追記事項・不具合内容等)

・昇温動作(定置運転)

槽内温度21.4℃から仕様最高温度(150℃)昇温まで 約30分



・冷却動作(定置運転)

槽内温度22.7℃から仕様最低温度(-20℃)冷却まで 約30分



・湿度調整確認

①温度/湿度設定値:温度80℃ 湿度25%RH

②温度/湿度設定値:温度30℃ 湿度80%RH



・プログラム運転

温度・湿度制御確認

プログラム終了 停止 確認



・積算計(Hour Meter)



取扱説明書(有)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK)

作業工数[6H]

検査担当者[katsuki]

ユーザー名[]

出荷日 年 月 日

ASK INDEX