

管理番号

N30990

動作確認チェックシート

検査日	2023年 6月 29日	(機械の仕様・規格を記入する。)		
商品名	ウエハーローダー	電源電圧	Ac100~120/220~240V	
型式	NWL 860TMB	周波数	50/60 Hz	
メーカー名	ニコン	対応ウエハー	6・8インチ	
機械Ser.No	1002281	外寸	W530D620H275	
製造年月	1998年 3月	重量	50 Kg	

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

・外観 …異常無し



・自動運転

バキューム: 社内真空ポンプ(アルバック製DA-60D)使用
 ウエハー: 6インチ (25枚)
 搬送確認回数: 2回



エレベーター部




搬送部

・通電確認


画面表示 確認
 各Sw操作 確認
 イニシャライズ動作 確認



裏面中央傾斜角動作



オリフラ合わせ確認



搬送動画有り



取扱説明書(無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力	(備考欄コメント)	[責任者]
動作(OK)	作業工数[8H]	
検査担当者[Tokunaga]		
ユーザー名[]	出荷日 年 月 日	