

管理番号

N31186

動作確認チェックシート

検査日	2023年 8月 9日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	防爆冷蔵庫	電源電圧	1相 100V	冷媒	R-134a(440g)
型式	EP-521	周波数	50/60 Hz	扉	右開き
メーカー名	日本フリーザー	庫内制御温度	-20~5℃	内寸	W700 D625 H1190
機械Ser.No	970650151	消費電力	245/280w	外寸	W800 D900 H1800
製造年月	1997年 6月	内容積	約520L	重量	210 Kg

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	△ ※1
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等)

機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

動作確認環境(室温26℃ 湿度55%RH)

・外観 使用感有り



・動作確認

温度設定:-20℃



庫内温度 約25℃から 約6時間運転実施

約6時間運転後の温度 機器表示約-18℃

(社内測定器温度-19.05℃)



運転開始時

25℃



約5h後

約-18℃



実温測定

-19.05℃

※1.冷凍機的能力低下が考えられます

取扱説明書(無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(条件付きOK) 作業工数[8H]

-20℃までの確認出来ず

検査担当者[Tokunaga]



ユーザー名[]

出荷日 年 月 日