

管理番号

N31192

## 動作確認チェックシート

検査日	2024年12月25日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	DC電源	電源電圧	1相 100V	寸法(WxDxH)	110x320x125
型式	PMC18-2	周波数	50/60Hz	重量	4kg
メーカー名	菊水電子	出力電圧	0~18V	最大消費電力	130VA
機械Ser.No	TA000128	出力電流	0~2A		
製造年月	-				

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

○外観確認

・問題無し



○動作確認 社内測定器直流電子負荷装置: 菊水 PLZ664WAにて確認。

・CC動作

・CV動作

1A・2A: 0~18Vにて電流値の変動を確認。

18V: 0~2Aにて電圧値の変動を確認。

1A/10V

2A/18V

18V/1A

18V/2A



取扱説明書(無)

## 修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業員

SHIRASAGI入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK)

作業時間 [ 1.5 H ]

検査担当者[山下]

ユーザー名【 】

出荷日 年 月 日

