

管理番号

N31240

動作確認チェックシート

検査日	2024年 2月 27日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	デシケーター	電源電圧	—	ガス置換	有り
型式	—	周波数	—	流量計	付属
メーカー名	伸栄産業	扉	4枚	1扉内寸	W400 D460 H680
機械Ser.No	1305	棚	棚板8枚	外寸	W910 D525 H1650
製造年月	年 月		高さ調整可能	重量	60 Kg

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	—
3 SW設定	SWの機能は正常か。	—
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

・外観 …異常なし



外装フィルム貼り付けてありますので
若干黒く見えます

流量計


・流量計動作

使用ガス: 圧縮空気(エア)
接続径: φ6mm

ガス導入前



ガス流量(約0.5L/min)



ガス流量(約1.0L/min)

取扱説明書(無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[1H]

検査担当者[Tokunaga]

ユーザー名[]

出荷日 年 月 日

