

管理番号

N40082

動作確認チェックシート

検査日	2024年 9月 19日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	分注器	電源電圧	DC24V, 10Amax		
型式	DRAGONFLY	大きさ(W×D×H)	550×600×655mm		
メーカー名	ttplabtech				
機械Ser.No	DF-102				
製造年月	2014年6月				

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	×
3 SW設定	SWの機能は正常か。	-
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

1 PCが立ち上がらない。画面が表示されず、操作不能。

PCが立ち上がらない。NG



取扱説明書(無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(NG) 作業工数[2H]

検査担当者[野沢]

