

動作確認チェックシート

| | | | | |
|----------|------------|------------------|-----------------------------|--|
| 検査日 | 2023年6月20日 | (機械の仕様・規格を記入する。) | | |
| 商品名 | デジマイクロ | 測定範囲 | 0~50mm | |
| 型式 | ME-50HA | 最小単位 | 0.0001mm | |
| メーカー名 | Nikon | スタンド | MS-4G | |
| 機械Ser.No | H02492 | | W405xD310xH93 ^{mm} | |
| 製造年月 | — | 電源電圧 | 12V(ACアダプタ) | |

| チェック項目 | 主な確認内容 | チェック(○×) |
|-----------|--|----------|
| 1 外観 | 筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。 | ○ |
| 2 起動動作 | POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。 | — |
| 3 SW設定 | SWの機能は正常か。 | — |
| 4 保管・出荷準備 | 水抜き・ビス締め・清掃・在庫元に関するシール等を取り除く。 | — |
| 5 確認シール | 動作確認済シールを貼る | ○ |

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

1. 電源ON(ACアダプタ使用)⇒問題なし。
2. 実測(弊社所有ゲージブロック)⇒問題なし。



電源投入



ゲージブロック1.5mmを測定



ゲージブロック2.0mmを測定



ゲージブロック19mmを測定



ゲージブロック25mmを測定



ゲージブロック50mmを測定

取扱説明書:無

修理・改造履歴

| 年月日 | 修理・改造記録 | 作業者 |
|-----------|-----------------------|--------|
| 2023年9月9日 | 再席作難記 → 7/27/27/使用確認済 | 雨宮 (印) |

SHIRASAGI 入力
動作:OK 作業工数[1.5 hr]

(備考欄コメント)

[責任者]

検査担当者[雨宮]

