

管理番号

N40313

動作確認チェックシート

検査日	2023年10月11日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	クリーンルーム用掃除機	電源電圧	Ac100v		
型式	CV-G104C	周波数	50/60Hz		
メーカー名	日立	電気容量	1050w		
機械Ser,No	7001803	集塵容量	4.5L		
製造年月	不詳				

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 1 本体の清掃
- 2 電源ケーブル及びコンセント目視点検・・・異常無し OK
- 3 ULPA FILTER の目視点検・・・異常無し OK
- 4 紙袋(ダスト)の交換・・・OK
- 5 吸引動作に問題ありません。

排気フィルターの前後左右(4箇所)の中心より40mmの位置にパーティクルカウンターを設置しパーティクルを測定(0.3, 0.5, 1.0を3回測定)

平均値 (単位 μm)

A	0.3 μm 0個	0.5 μm 0個	1.0 μm 0個
B	0.3 μm 0.6個	0.5 μm 0.3個	1.0 μm 0個
C	0.3 μm 69個	0.5 μm 11個	1.0 μm 0個
D	0.3 μm 0.3個	0.5 μm 0個	1.0 μm 0個



- 6 フィルターは、メーカーの参考値で0.1 μm で99.99%ですが、測定環境を考慮すれば問題は無いと思われます。

取扱説明書(無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[2 H]

検査担当者[廣瀬]

ユーザー名[]出荷日 年 月 日

