管理番号

N40417

動作確認チェックシート

検査日	2024年　8月　27日	（機械の仕様・規格を記入する。）			
商品名	防振台	搭載可能重量	120kg		
型式	TAS-68KS1	エアー供給圧	0.4～0.7MPa		
メーカー名	特許機器	外寸	W550× D800× H150		
機械Ser,No	OS-10985	盤寸法	W550× D750×H47.5		
製造年月	－	重量	40kg		

	チェック項目	主な確認内容	チェック（○×）
1	外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2	起動動作	POWER　ON時に異常（異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等）はないか。	○
3	SW設定	SWの機能は正常か。	○
4	保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5	確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考（動作確認内容・不具合内容等） 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

１、外観確認を実施。　→　問題なし。
２、動作確認　**OK**　（浮上状態、エアー漏れ、供給エアー圧、振動数伝達効果）
　①エアー供給後、漏れ確認を無負荷にてエアー封止状態として圧力降下を確認。
　②エアーを供給し、エアー空気バネの水平維持及びエアー制御動作を60kgの負荷にて実施。
　③スマホアプリの振動計測を利用して床面をゴムハンマーで叩いて振動数伝達効果を確認。

動作確認





浮上前　　**浮上後**

取扱説明書（無）

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI 入力　　（備考欄コメント）　　［責任者］
動作（ OK ）　　作業工数［ 2.0 H ］
検査担当者 ［　佐藤（紀）　］　　中野
ユーザー名【　　】出荷日　　年　　月　　日