

動作確認チェックシート


検査日	2023年 8月 23日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	オゾン濃度計	電源	単相 AC100V	測定範囲	0～1.00ppm
型式	OZG-EM-010K			濃度表示	3桁0.01ppm最小
メーカー名	アプリクス	周波数	(50・60)Hz兼用	精度	校正時FSの±10%
年式	2019年6月	機械Ser.No	16800M10K007		6ヶ月間FSの±25%
外寸	W154×D113×H76mm	質量	約750g	出力信号	警報接点・濃度信号

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 1、外観確認実施。→問題なし。
- 2、通電確認実施。→通電後、約30分安定時、ゼロ点調整表示安定、問題なし。
- 3、オゾン確認実施。→標準校正器が無いので、代換品の社内オゾン測定器との比較実施。測定値は参考程度とし近い値を表示したので、動作は問題なし。(社内UVオゾン洗浄機の排気モニター)
※、但し、メーカよりセンサーは1年を目安に新しい物と交換が必要。(校正精度維持のため)
→警報接点動作確認。(ALM:0.1ppm設定しon/off確認)

動作確認

社内
測定器

UVオゾン洗浄機



取扱説明書(無)仕様書と型式が違うが参考程度の取扱い説明書あり。

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者
2025年4月15日	社内UVオゾン洗浄機の排気口でオゾン濃度計のデジタル数値と一致を確認	三ノ井 昇

SHIRASAGI 入力 (備考欄コメント)
動作(OK) 作業工数[3.5H] ※オゾン標準ガスでの校正が必要です。
検査担当者[小林 克]
ユーザー名[] 出荷日 年 月 日

[責任者]

