

管理番号

N40515

# 動作確認チェックシート

検査日	2023年5月16日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	真空デシケーター	外寸wxdxh	420x392x281		
型式	VDC-21	許容真空度	1Torr(約133Pa)		
メーカー名	アズワン	棚板2			
機械Ser.No					
製造年月					

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2		
3		
4		
5		
6		
7 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 1 真空ポンプで下表示まで減圧、1h変化無し。
- 2 アクリル製なので、減圧時軋み音有。
- 3 ポンプ連結弊社ホース使用。

付属真空計下表示1h維持確認。



取扱説明書(有)

アルバックダイヤフラムポンプ、DA-60Sで減圧。



## 修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録・再動作	作業者

SHIRASAGI入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[ 1 H]

検査担当者[ 上田 ]

ユーザー名【 】出荷日 年 月 日

