

管理番号

N40520

動作確認チェックシート

(機械の仕様・規格を記入する。)

検査日	2024年 10月 9日				
商品名	温湿度データロガー	電源電圧	リチウム電池3V	温度センサ 測定範囲、精度 測定・表示分解能	0~55°C 平均±0.3°C 0.1°C
型式	RTR-53A	大きさ(W×D×H)	62×47×19mm		
メーカー名	株式会社ティアンドディ	使用センサ	サーミスタ	湿度センサ 測定範囲、精度 測定・表示分解能	10~95%RH ±5%RH(at25°C,50%RH) 1%
機械Ser.No	不明		高分子湿度センサ		
製造年月	不明	記録データ数	8000データ×2ch	電池寿命	約6ヶ月

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・在庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- ワイヤレスデータ通信に必要な親機(RTR-57U/5W/50)は付属していません。
- 校正用の温湿度計は持ち合わせていないので、温度:熱電対、湿度:温湿度計と比較し、精度は不問とした。

温度: 22.4°C vs 22.3°C

湿度: 58%RH vs 53%RH

特に問題ないレベルと考える。



熱電対と比較 (0.1°Cの差)



温湿度計と比較 (5%RHの差)

取扱説明書(有)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力

動作(OK) 作業工数[1H]
検査担当者[野沢]

(備考欄コメント)

未使用品です。
ワイヤレスデータ通信に必要な親機は付属していません。

[責任者]

