

N50044

## 動作確認チェックシート

検査日	2024年9月20日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	強度試験機	電源電圧	AC100V	測定レンジ(H) 荷重分解能	(H)5000N(L)1
MODEL	JSL-5KN	待機電力	約50VA	測定レンジ(L) 荷重分解能	(H)500N(L)0.1
メーカー名	日本計測システム(株)	最大消費電力	約400VA	最大移動長さ	650mm
SER No.	30123	外形寸法	W700xD350xH1200mm	長さ最小表示	0.01mm
製造年月	2020年4月	重量	約130kg	ロードセルタイプ	JLC-Kシリーズ

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	—
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 1.電源投入→問題なし。
- 2.引張確認(ロードセル値)→問題なし。



電源投入



試料セット(テープ幅15mm)



試験スタート



引張試験終了



試験結果

取扱説明書:有

## 修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI 入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作:OK 作業工数[ 2.0 hr ]

検査担当者[ 雨宮 ]

