管理番号

N50198

動作確認チェックシート

検査日	2023年5月29日	（機械の仕様・規格を記入する。）			
商品名	真空ポンプ（ロータリー）	電源電圧	低圧200～240（50/60HZ） 高圧380～400(50HZ)416～480(60HZ)		
型式	D25B	周波数	（50 / 60）Hz	IN,OUT	KF25
メーカー名	ライボルト	到達圧力	0.0000001bar	(0.01Pa)	
機械Ser,No	20900178694	排気速度	25㎥/h	重量	26Kg
製造年月		オイル量	0．45～1L		

	チェック項目	主な確認内容	チェック（○×）
1	外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2	起動動作	POWER ON時に異常（異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等）はないか。	○
3	SW設定	SWの機能は正常か。	―
4	保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5	確認シール	動作確認済シールを貼る	○
6			
7			

備考（動作確認内容・不具合内容等）　機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

1　4.3Pa以下にならない、オイル交換済み。

吸気口下に螺子穴、エアー吸気封止。



取扱説明書（無）

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録 ・再動作	作業者

SHIRASAGI入力　　（備考欄コメント）　　[責任者]

動作（NG）　作業工数[1.5 H]

検査担当者[　　上田　　]

ユーザー名【　　】出荷日　　年　　月　　日