

N50330


動作確認チェックシート

検査日	2025年 2月 10日	(機械の仕様・規格を記入する。)	
商品名	印刷機	電源	AC100v
型式	DP-320	装置寸法	465x950x520 60Kg
メーカー	ニューロング	テーブル寸法	230x230 吸引サイズ 140x140
製造年	2017 4	版枠	320x320
製造番号	017-1160		

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○
6 データバックアップ	PLC (済 (未対象 NG) TP (済 (未対象 NG) BT (済 (未対象 未対応)	

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

電源、エア投入して原点復帰、自動及び単動動作特に問題なし。条件変更も問題なし。
真空ポンプ動作問題なし。



操作説明書(有り)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SIHRASAGI入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[4 H]

検査担当者[横内]

ユーザー名 [

] 出荷日

年

月

日

ASK INDEX

