

# 動作確認チェックシート

検査日	2024年3月22日	(機械の仕様・規格を記入する。)		
商品名	デシケーター(SUS真空)			
型式				
メーカー名	アズワン			
機械Ser.No				
製造年月				

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
3 確認シール	動作確認済シールを貼る	○
4		
5		
6		
7		

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 1 真空ポンプに接続、下表示まで減圧、1h変化なし。


真空ポンプに接続



1h変化なし。



SW、ONで内部^コンセント使用できる。



取扱説明書(無)

## 修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録・再動作	作業者

SHIRASAGI入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[ 2 H]

検査担当者[ 上田 ]

ユーザー名【 】出荷日 年 月 日

