

N60165

動作確認チェックシート

検査日	2025年4月16日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	真空容器(アクリル)				
型式					
メーカー名					
機械Ser.No					
製造年月					

	チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1	外観	筐体・キャスター・継手等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2			
3			
4			
5			
6			
7	確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

1 真空ポンプで下表示まで減圧、1h後変化無し。



取扱説明書(無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録・再動作	作業者

SHIRASAGI入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[2 H]

検査担当者[上田]

ユーザー名【 】出荷日 年 月 日

