

動作確認チェックシート

検査日	2025年 3月 26日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	ユニバーサルカウンター	電源電圧	単相 100~240V 50VA max	入力インピーダンス	1MΩ, 50Ω
型式	53131A	周波数	50 / 60 / 400Hz	GATE時間	1ms~1000s
メーカー名	Ajilent	測定項目	周波数, 周期, 比, 他	入力レンジ	20mVrms~±5Vac+dc
機械Ser.No	MY40000375	周波数カウント	0.1Hz~225MHz	CH数	2
製造年月	年 月	最大表示桁	10桁	インターフェース	GPIB, RS-232

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

◎ SW類 ○ 電源, Freq & Ratio, Time & Period, Gate & ExtArm, Other Meas, Run, Stop, Stats

CH1,2(Trigger, 50Ω/1MΩ, DC/AC, ×10 Attenuate, 100KHz Filter)

→, ←, ↓, ↑, +/-, Enter 確認

◎ 表示類 ○ 周波数表示, 制御MENU項目表示 確認

○ 全SW LED点灯 確認



◎ 動作 ① 1V rms, 1MHz, 225MHz測定 CH1, CH2 個別入力 HP8643A, AFG31000 使用



1MHz

CH1



225MHz



1MHz

CH2



225MHz

取扱説明書(無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[8H] . 周期, 比も確認済。

検査担当者[佐藤]

ユーザー名[]

出荷日 年 月 日

