

N60452

動作確認チェックシート

検査日	2025年6月18日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	チラー(空冷)	電源電圧	冷凍機1φ230V	サーキュレーター1φ230V	
型式	FP50-MVCH	周波数	冷凍機 (50)Hz	サーキュレーター60HZ	
メーカー名	ユラボ				
機械Ser,No	10033046				
製造年月					

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○
6		
7		

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 1)水7L水温24.8℃タンクに入れて、設定温度80℃、約22分で80℃以上確認(AC200Vで確認。)
 2)IPA7Lタンクに入れて、設定温度-50℃、液温23.5℃から約1hで-42℃確認、1時間18分で-43.3℃まで確認。
 3)過昇防止装置問題無し、流量約5L/min確認。

IN,OUT連結



電源ランプ点灯せず。



約5L/min



過昇防止装置問題無し。



取扱説明書(参考有、弊社PDF)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[2 H]

検査担当者[上田]

ユーザー名[]出荷日 年 月 日

