

動作確認チェックシート

検査日	2024年 7月 24日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	露点計 変換器	電源電圧	単相100~240V,5W	出力 1点	0/4~20mA 負荷抵抗max400Ω
型式	MMT3000	周波数	50/60Hz		0~2V 負荷抵抗min 10kΩ
メーカー名	東陽テクニカ	大きさ(W×D×H)	102×56×130mm		
機械Ser.No	11193E	測定レンジ	-110~+20°C		
製造年月	不明				

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・在庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 露点センサは付属していない。(センサ用ケーブルは付属)
- 電源を投入し表示のみ確認。特に問題なし。



電源投入後



しばらくしてUNDER RANGEの表示になった

取扱説明書(有)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力

動作(OK) 作業工数[0.8H]
検査担当者[野沢]

(備考欄コメント)

露点センサは付属していません。

[責任者]

