

動作確認チェックシート

検査日	2023年7月27日	(機械の仕様・規格を記入する。)		
商品名	ホットスターラー	電源電圧	AC100~120V	
型式	MS-H-S10	周波数	(50 / 60)Hz	
メーカー名	アズワン	最大攪拌容量	0.4L	
機械Ser.No	MF225AM0000169	回転数	MAX1100rpm	
製造年月		温度設定範囲	室温~120℃	

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○
6		
7		

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 水0.4L、10か所攪拌確認。
- 水0.1L入れたビーカー10か所、温度設定MAXで1h後、右側表示。

コントロール部		
53.2	55.8	100mLビーカー
58.8	61.0	各温度1h後
58.8	61.5	
59.2	61.5	
53.6	55.6	

ビーカーに弊社温度計熱電対
ビーカーに水100mLx10か所



53.2℃



攪拌確認(攪拌子φ6x30mm)



取扱説明書(有)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録・再動作	作業者

SHIRASAGI入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[1.5 H]

検査担当者[上田]

ユーザー名[]出荷日 年 月 日

