

動作確認チェックシート

検査日	2023年9月8日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	恒温槽	電源電圧	3φ200V	外寸wxdxh	770x925x1800
型式	PV-231	周波数	50/60HZ	重量	210Kg
メーカー名	タバイエスペック	温度範囲	室温+20~200℃		
機械Ser.No	221001149	棚板	3枚		
製造年月	1996	槽寸法	600x600x1200		

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○
6		
7		

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 室温、庫内温度26℃、設定温度200℃で起動、約24分で200℃確認。
- プログラム運転、過昇防止装置問題無し。
- 記録計NG。

200℃



過昇防止装置問題無し。



記録計NG



取扱説明書(無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録・再動作	作業者

SHIRASAGI入力 (備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[1.5 H]

検査担当者[上田]

ユーザー名[]出荷日 年 月 日

