

管理番号

N70457

## 動作確認チェックシート

検査日	2023年 7月 31日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	RF電源	電源電圧	単相 187~253V 6.5A 1490VA	RF出力コネクタ	LC
型式	Ceasr1310	周波数	50 / 60 Hz	出力インピーダンス	50 Ω
メーカー名	dressler	出力周波数	13.56 MHz	出力調整範囲	0~100 %
機械Ser.No	613000550085	定格出力	1000 W	インターフェース	25pin user port
製造年月	年 月				profibus

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	×
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・在庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○(NG)

備考(動作確認内容・不具合内容等)

機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

◎ SW類 ○ POWER(MAIN), その他未確認

◎ 表示類 ○ 未確認



全体

◎ 動作 ○ RF電源 → BIRD4421 4204 パワーメータ → ダミーロード 接続  
動作未確認

取扱説明書(有)

## 修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者
	インターロック解除方法	
	USER PORT コネクタ 10-23 pin ショート	

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(NG) 作業工数[ 4H] 電源が正常に投入出来ない。故障  
 検査担当者[ 佐藤 ]  
 ユーザー名[ ]  
 出荷日 年 月 日

