

動作確認チェックシート

検査日	2023年8月18日	(機械の仕様・規格を記入する。)		
商品名	スターラー+オイルバス	電源電圧	AC100V	
型式	F-205D+FVB-240	周波数	(50 / 60)Hz	
メーカー名	東京硝子器械	回転数	80~1500rpm	
機械Ser.No	19107012,19104010	攪拌容量	0.1~20L	
製造年月				

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・在庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○
6		
7		

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

1)水10L、攪拌子容器に入れ攪拌確認。

2)オイルバスに水3L入れ、水温26.4℃、設定温度80℃、約15分で80℃以上確認。



付属品

スターラー上で加熱、

10L攪拌確認。

攪拌子φ12.5x43mm



80℃以上確認。



取扱説明書(無)

MAX1521rpm



修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録・再動作	作業者

SHIRASAGI入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[1.5 H]

検査担当者[上田]

ユーザー名【 】出荷日 年 月 日

