

# 動作確認チェックシート

検査日	2023年 10月5日	(機械の仕様・規格を記入する。)	
商品名	プラズマクリーナー	電源	AC100v 15A
型式	CCR-300	処理サイズ	230x140
メーカー	日放電子	設置サイズ	480x555x522
		ポンプ	アルバック GVD-166

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

電源投入後スタート、約5分で10Pa到達、アルゴン導入してRIE放電確認、出力及びタイマー変更問題なし。  
又、背面のMODE切替を行い酸素を導入、DP放電も確認済み。



操作説明書(有り)

## 修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SIHRASAGI 入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[ 16H]

検査担当者[ 横内 ]

ユーザー名 [ ] 出荷日 年 月 日

