

管理番号

N70624

動作確認チェックシート

検査日	2025年2月10日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	風速計	電源電圧	AC100V アダプター	外寸	W275 D360 H130mm
型式	AM-4214SD		単3電池x6本	重量	5.5kg
メーカー名	マザーツール	風速	0.2~5.0m/s		
機械Ser,No	Q888311		5.1~25m/s		
製造年月					

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	—

備考(動作確認内容・不具合内容等)

- ・アダプターを使用して、測定実施。
KANOMAX モデル: 6035-B0と比較した。 風速については、ほぼ同じ値。
温度については、約1.5℃位差があった。
- ・乾電池で使用している時は、電源OFF出来るが、ACアダプターを使用するとOFFした後ONになる。但し、照明は、消える。



傷が有る。



6035 : 0.95m/s

AM : 0.96m/s



電源OFFで明消灯する。



画面の傷



6035 : 5.09m/s



AM : 5.0m/s



センサー部カバーしている



センサーカバーを下ろした所

取扱説明書 (有)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

Shirasagi入力 動作(OK) 作業工数[1.0 H] 担当者[中野] ユーザー名【	(備考欄コメント) 年 月 日	[責任者] 中野
---	--------------------	-------------