

N80069

動作確認チェックシート

検査日	2025年4月2日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	ニップ圧測定装置	電源	ボタン電池 (CR2032 3V)	ワイヤレスプロトコル	Bluetooth
型式	NIP SENS 23B	検出エリアの長さ	55mm	ワイヤレ範囲	30フィート
メーカー名	ニップコントロール	検出エリアの幅	17mm		
機械Ser,No	011272000-086	質量	50g		
製造年月	—	最小/最大ニップ幅	1-30mm		

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・在庫元に関するシール等を取り除く。	—
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○
6 データバックアップ	PLC (済・未対象・NG) TP (済・未対象・NG) BT交換 (済・未) 1.52Vx4本	

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

1.外観⇒問題なし。

2.電源投入⇒問題なし。(青色点滅確認)

モニタが付属していない為、圧力が不明



↓ SW ONで点滅確認



ハンドヘルドDigiNip2デバイスとキャリングケース®

HPより抜粋DWNL

取扱説明書:無

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作:OK

作業工数 [1.0 hr]

※モニターが付属していない為、測定圧力表示不可。

検査担当者[雨宮]

センサー部SW ON/OFFの確認のみ。

ユーザー名【 】

出荷日 年 月 日

