

# 動作確認チェックシート

検査日	2023年8月30日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	スポットクーラー	電源電圧	AC100V		
型式	SAC-750N	周波数	(50/60)Hz		
メーカー名	ナカトミ	冷房能力	2.2/2.5KW		
機械Ser.No					
製造年月					

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○
6		
7		

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 室温27°C、設定風量MAXで、12.5°C確認。
- 吹き出し口Lボ爪先破損。

フィルター一部破損



Lボ乗ってるだけホース使えない

Lボ爪先破損本体取付不可

ラジエーターフィン凹み有



12.5°C到達。



取扱説明書(無)

## 修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録・再動作	作業者

SHIRASAGI入力

(備考欄コメント)

[責任者]


動作(NG) 作業工数[ 1.5 H]

検査担当者[ 上田 ]

ユーザー名【 】出荷日 年 月 日



【N80096】スポットクーラー 不具合箇所 詳細



冷風は出力されるが、風向き調整が出来ない為 NG判定としております。