

管理番号

N80312

動作確認チェックシート

検査日	2023年11月9日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	蒸着装置	電源3相	200V 60A	ビーム加速電圧	-8Kv DC
型式	L-045E	周波数	50/60Hz	エミッション電流	0~1.25A
メーカー名	アネルバ	ウエハーサイズ	3インチウエハー1枚	フィラメント出力	0~10V × 0~40A
機械Ser.No	EVP-51281	水量本体	0.5MPa-16L/min		
製造年月	2007年	空圧	0.5MPa		

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

1 RP 起動確認良好 

2 CH加熱確認良好(加熱後30分後停止確認) 

3 昇圧ポンプ起動確認良好 

4 TMP起動確認良好

5 到達真空度確認良好
6.4 × E-5Pa(メーカー推奨7.0 × E-5以下)


6 EB GUN HIGH VOLTAGE ON確認良好  

7 ルツボ回転確認良好(手動動作動画有り)

8 XTM/2蒸着制御器動作確認(プログラム9にて確認実施)
現時点での正常動作確認良好
※蒸着テスト未確認の為膜厚確認はしていません



取扱説明書(無) ※るつぼ欠品の為蒸着テストは未実施です

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(条件付きOK) 作業工数[60H]

検査担当者[今村 和彦]

ユーザー名【

】出荷日

年 月 日

