

管理番号

N80349

## 動作確認チェックシート

検査日	2023年10月3日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	コールドライト	電源電圧	1相 100V	平均照度	約19000Lx
型式	MHF-V501	周波数	50/60 Hz	外寸	W70D240H115
メーカー名	モリテックス	適合ランプ	LM-50	重量	約2Kg
機械Ser.No	547-14548	ランプ電圧	DC11.7V±0.2V	ファイバー	付属
製造年月	年 月	色温度	約3000K		

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○


備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

・外観 …異常なし



・動作確認

調光Sw調整で照度変化確認



・通電確認

電源スイッチON/OFF 確認

(電源ONでLAMP STATUSランプ点灯 確認)



取扱説明書(無)

## 修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[ 1H ]

検査担当者[ Tokunaga ]

ユーザー名[ ]

出荷日 年 月 日

