管理番号

N80514

動作確認チェックシート

検査日	2025年1月14日	（機械の仕様・規格を記入する。）			
商品名	イオンゲージ	電源	AC90～264V	質量	1.2Kg
型式	M-430HG	周波数	50/60Hz		
メーカー名	アネルバ	適合ゲージ	MG-2		
機械Ser,No	6233	測定圧力範囲	10^{-7}～13.2×10^{0}Pa		
製造年月	―	外寸	105×310×100		

	チェック項目	主な確認内容	チェック（○×）
1	外観	筐体・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2	起動動作	POWER　ON時に異常（異音・異臭・漏電・暴走）はないか。	○
3	SW設定	SWの機能は正常か。	○
4	保管・出荷準備	ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5	確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考（動作確認内容・不具合内容等）　　機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

【　検査環境　】

＊　社内用　：　排気セット(RP+TMP)/比較用測定機器(イオンゲージ+測定子)使用

＊　N80514 :イオンゲージ M-430HG / ミニチュアゲージ MG-2（社内用）にて測定

＊　社内用 :イオンゲージ M-430HG　/　ミニチュアゲージ MG-2(社内用)にて測定比較

（N80514）　M-430HG表示圧力:1.54×10^{-3}Pa



測定ゲージ:アネルバ製 MG-2（社内検査用使用）

取扱説明書（ 無 ）

（社内検査用）M-430HG表示圧力:1.70×10^{-3}Pa

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI 入力　　（備考欄コメント）　　［責任者］

動作 （ OK ）　　作業時間 ［ 2.0H ］

検査担当者［ 立野 ］

ユーザー名【　　】出荷日　　年　　月　　日