管理番号

N90131

動作確認チェックシート

検査日	2024年 5月 16日	（機械の仕様・規格を記入する。）	
商品名	圧力コントローラ	電源	AC115/230v 50/60Hz
型式	651CD2S1NJ	トランデューサ	626A11TBE
メーカー	MKS	バルブ	635B-2-50J-2 JIS50mm

	チェック項目	主な確認内容	チェック（○×）
1	外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2	起動動作	POWER ON時に異常（異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等）はないか。	○
3	SW設定	SWの機能は正常か。	○
4	保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5	確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考（動作確認内容・不具合内容等）　機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

Local にて動作確認、Open/close共に動作問題なし。

トランデューサ減圧して SET Pointで確認、動作及び測定値問題なし。

操作説明書（有り）

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SIHRASAGI入力　（備考欄コメント）　[責任者]

動作（OK）作業工数[3H]

検査担当者[　横内　]

ユーザー名 [　　] 出荷日　　年　　月　　日