管理番号

N90797

動作確認チェックシート

検査日	2023年12月25日	（機械の仕様・規格を記入する。）			
商品名	シェーカー（振とう機）	電源電圧	AC110V		
型式	Orbiter500	周波数	（50 / 60）Hz		
メーカー名	Scanahake	振とう台寸法	295x295		
機械Ser,No	LSB10613090048	回転数	0～115rpn		
製造年月	2013				

	チェック項目	主な確認内容	チェック（○×）
1	外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2	起動動作	POWER ON時に異常（異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等）はないか。	○
3	SW設定	SWの機能は正常か。	○
4	保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5	確認シール	動作確認済シールを貼る	○
6			
7			

備考（動作確認内容・不具合内容等）　機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

1）回転VR,MAX、偏心、傾きMAXで115rpm、ほぼ偏心傾き無しで119rpm確認。

2)弊社デジタルタコメーター使用。

偏心傾きMAX115rpm

ほぼ偏心、傾き無し、119rpm



摘みで傾き、偏心調整。

取扱説明書（無）

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録 ・再動作	作業者

SHIRASAGI入力　　（備考欄コメント）　　[責任者]

動作（OK）　作業工数[1 H]

検査担当者[　　上田　　]

ユーザー名【　　】出荷日　　年　　月　　日