

管理番号

N90800

## 動作確認チェックシート

検査日	2024年 9月 3日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	液中パーティクルカウンター	電源電圧	単相100~240V,1.8A	最大定格粒子濃度	3000particle/mL
型式	SLS-1100	周波数	50/60Hz	計数効率	30%
メーカー名	Nano Vision	大きさ(W×D×H)	430×230×435mm		
機械Ser.No	90290	サイズレンジ	100~500nm		
製造年月	2012年9月	チャンネルサイズ	100,200,300,500		

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 1 電源ONはするが、制御部(おそらくアプリケーションのはいったパソコン)がないため操作不能。

制御部がなく操作不能。NG



取扱説明書(無)

## 修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(NG) 作業工数[ 0.7H]

検査担当者[ 野沢 ]

