

動作確認チェックシート

検査日	2024年 3月 21日	(機械の仕様・規格を記入する。)		
商品名	防振台(空気バネ式)	大きさ(W×D×H)	430×528×55mm	
型式	DT-4048M-A	搭載面積	375×455mm	
メーカー名	ヘルツ工業株式会社	最大積載重量	40kg程度と推定	
機械Ser.No	200306026	エア	密閉型	
製造年月	2003年6月			

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 1 エアを手動ポンプで挿入し密閉。
- 2 (1)ステージに何も無い状態で中央及び4隅の水平を確認、問題なし。
 (2)20kg×3(計60kg)の分銅を載せた時、ステージの水平が維持できない。
 (3)20kg×2(計40kg)の分銅を載せた時、中央及び4隅の水平を確認、問題なし。⇒最大積載重量40kg程度と推定。
 (4)40kgの分銅を載せた状態で30分以上放置後水平確認、問題なし。
 分銅を取外し、搭載前後のステージ高さを比較。
 55mmで変化なし。⇒エア漏れなし。



60kg搭載で水平維持できない



40kg搭載時水平維持OK

取扱説明書(無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[1.5H]
 検査担当者[野沢]

