

管理番号

NA0177

動作確認チェックシート

検査日	2024年 12月 4日	(機械の仕様・規格を記入する。)		
商品名	DC電源	電源電圧	単相 85~264V 1000VA	
型式	EX-750H	周波数	45~65 Hz	
メーカー名	TAKASAGO	出力電圧	DC 0~240 V	
機械Ser.No	1240297047	出力電流	DC 0~12.5 A	インターフェース
製造年月	年 月	出力電力	0~750 W	

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- ◎ SW類 ○ POWER, PRESET, OVP, OCP, OUTPUT
○ (VOLUME) VOLTAGE, CURRENT 確認



- ◎ 表示類 ○ 電圧値表示、電流値表示, 確認
○ (LED) CC,CV, 電力インジケータ 確認



- ◎ 動作 電子負荷 TAKASAGO FK-1000L2 使用
 - CV動作

設定電圧値	電流値
10.00V	0.00~12.56 A
50.15V	0.00~12.56 A
100.3V	0.00~ 7.45 A
140.6V	0.00~ 5.36 A



- CC動作

設定電流値	電圧値
1.00A	0.0~140.0 V
6.00A	0.0~125.2 V
12.00A	0.0~ 62.1 V

取扱説明書(有)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

管理入力	(備考欄コメント)	[責任者]
動作(OK) 作業工数[8H] 検査担当者[佐藤] ユーザー名[] 出荷日 年 月 日		