

動作確認チェックシート

検査日	2023年11月6日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	集塵機	電源電圧	AC100V3A		
型式	DET200A-HP	周波数	(50 / 60)Hz		
メーカー名	淀川電機製作所	風量	3.0/3.7m ³ /min		
機械Ser.No	18110701	静圧	0.88/1.23KPa		
製造年月					

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○
6		
7		

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 1 吸気フランジ取外し、口径φ70mmにして風速測定。
- 2 14.87m/sec確認、計算上風量3.0m³/min以上。

吸気口風速測定



14.87m/sec



取扱説明書(無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録・再動作	作業者

SHIRASAGI入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[1.5 H]

検査担当者[上田]

ユーザー名【 】出荷日 年 月 日

