

管理番号

NA0378

工業用顕微鏡チェックシート

検査日	2024年3月2/日
名称	金属顕微鏡
メーカー	Nikon
型式	—
S/N	—
年式	—

【外観】




【仕様】

観察法	落射式	鏡筒	三眼鏡筒
		接眼レンズ	CFW 10x
照明系	ランプ100V 50W	ステージ	—
		ステージストローク	—
総合倍率	50x, 100x, 200x, 400x, 1000x	レボルバー	5個穴手動レボルバ [®]
対物レンズ	BD Plan 5 0.1 DIC		
	BD Plan 10 0.25		
	BD Plan 20 0.4		
	BD Plan 40 0.65		
	BD Plan 100 DIC 0.90		
		ウエハチャック:φ2"	ウエハ:φ4"

チェック項目

■ コンディション	評価
総合	問題なし。
外観	問題なし。
光学系	問題なし。
駆動系	問題なし。
照明	問題なし。
5個穴手動レボルバー	問題なし。

視野内画像



取扱説明書:無

【修理・改造履歴】

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI 入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作:OK 作業工数[4.0 hr]

検査担当者[雨宮]

