



動作確認チェックシート

検査日	2024年 8月 23日	(機械の仕様・規格を記入する。)	
商品名	スクリーン印刷機	電源	AC200v 20A
型式	LS-34TVA	装置サイズ	2400x1200x1620
メーカー	ニューロンゲ	ワークサイズ	吸引サイズ 400x360
製造年	1997 7	版枠	750x650x30
製造番号	1022		

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	X
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

電源接続して立ち上げ、各部原点出しOK。手動及び自動動作問題なし。条件変更等問題なし。
オートアライメント及び空刷り動作特に問題なし。



操作説明書(無し)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SIHRASAGI入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[5H]

装置全体的に使用感あり汚い。

検査担当者[横内]

ユーザー名 [

] 出荷日

年

月

日

