

管理番号

NA0441

動作確認チェックシート

検査日	2024年 9月 19日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	自動細胞培養装置	電源電圧	単相100~240V,500W		
型式	Quantum CELL EXPANSION SYSTEM	周波数	50/60Hz		
メーカー名	テルモBCT株式会社	大きさ(W×D×H)	483×584×965mm		
機械Ser.No	1C00247				
製造年月	2010年				

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○



備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

1 電源投入装置立上げ問題なし。タッチパネルの操作問題なし。

2 以下の備品・機器がなくシステムが組めないため、実際の動作確認は未実施。

メディアバッグ 細胞インレットバッグ 混合ガスタンク チューブポンプ チューブシーラー 無菌チューブ接合装置

必要な備品・機器がないためお客様での確認をお願いします。



取扱説明書(無 但し他装置からのコピー可)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(保留) 作業工数[1H]

検査担当者[野沢]

