

動作確認チェックシート

検査日	2024年 9月 2日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	マイクロプレートウォッシャー	電源電圧	単相100V,30W	分注量	50~999 μL/well
型式	MW-96EX	周波数	50/60Hz		
メーカー名	パイオテック株式会社	大きさ(W×D×H)	232×435×232mm		
機械Ser.No	0194-028	洗浄方法	96ch 同時分注 同時吸引		
製造年月	2016年2月	洗浄回数	1~9回		


チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	△(※)
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	×
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

※正面右底部及び底面にサビ・塗装剥がれあり

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 電源投入、原点復帰、ヘッドカバー取外し操作塔問題なし。
- (1)プレート台、装置内壁、底面等に結晶付着。清掃したが除去し切れない。ドレン皿は結晶物で充満。
(2)洗浄液/リンス液~装置入口の配管内、排水出口~5Lトラップボットの配管内に黒カビが認められる。
(3)装置の洗浄液/リンス液入口~洗浄ヘッドまでの配管内に、黒カビ及び汚れが認められる。取説では溶剤の使用を禁じているため、現状では洗浄・除去が難しい。また洗浄ヘッド内のコンタミが発生していることも推測される。

洗浄ラインの
コンタミ有り
NG



取扱説明書(有)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(NG) 作業工数[3H]
検査担当者[野沢]

