管理番号

NA0499

動作確認チェックシート

検査日	2024年7月31日	（機械の仕様・規格を記入する。）			
商品名	冷却遠心機	電源電圧	AC100V		
型式	5810R	周波数	（60）Hzキャビネット50～60HZ		
メーカー名	エッペンドルフ				
機械Ser,No	5811AP265054				
製造年月					

	チェック項目	主な確認内容	チェック（○×）
1	外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2	起動動作	POWER　ON時に異常（異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等）はないか。	○
3	SW設定	SWの機能は正常か。	○
4	保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5	確認シール	動作確認済シールを貼る	○
6			
7			

備考（動作確認内容・不具合内容等）　機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

1　ローターにより回転数決まる、付属ローター3900rpm、3900rpm回転確認。

2　ファストタイム設定によりローター回転させながら冷却設定MAX-9℃確認。

3　プログラム運転等、設定問題無し。

付属品

遠心機付属ローター、バケット

本体、キャビネット配線

本体付きローターMAX3900rpm

ファストタイムでローター-9℃

取扱説明書（有）

修理・改造履歴

年月日		作業者

SHIRASAGI入力　　（備考欄コメント）　　[責任者]

動作（OK）　作業工数[2.5 H]

検査担当者[　　上田　　]

ユーザー名【　　】出荷日　　年　　月　　日