管理番号

NA0512

動作確認チェックシート

検査日	2025年6月2日	（機械の仕様・規格を記入する。）			
商品名	ロータリーポンプ	電源・電圧	単相 200～220V	冷却法	空冷
型式	E2M28	周波数	50 ・ 60 Hz	規格値（到達圧力）	0.1 Pa
メーカー名	エドワーズ	吸気口	NW25	排気速度	458/550 L/min
機械Ser,No	076299579	排気口	NW25	重量	44 kg
製造年月	－	ロータリーポンプ用静音ボックス(G3199B)付属			

	チェック項目	主な確認内容	チェック（○×）
1	外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良は無いか。	○
2	起動動作	POWER ON時に異常（異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等）は無いか。	○
3	SW設定	SWの機能は正常か。	○
4	保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5	確認シール	動作確認済シールを貼る。	○
6	到達確認	機器仕様/規格値を満たしているか。	○

※到達圧力 ： 0.27Pa　　電流値：2.83A

取扱説明書（ 無 ）　※暖気運転60分後、再起動時の到達圧力

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI入力　（ 備考欄コメント ）　［ 責任者 ］

動作（ OK ）　作業時間［ 3.0H ］

検査担当者［ 金子 ］

ユーザー名【　　】出荷日　　年　　月　　日

ASK INDEX