

(管理番号)

NA0564

入力	責任者	検査担当者
		坂野

## ロータリーポンプ動作確認チェックシート

検査日	2024年 3月 4日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	ロータリーポンプ	電源電圧	単相 100V	冷却法	空冷
型式	P165D	周波数	50・60Hz	排気速度	165ℓ/min(50Hz)
メーカー名	佐藤真空	吸気フランジ	NW-25		
機械Ser.No	1012041	排気フランジ	オイルミストラップ		
製造年月		使用オイル	SA-160M		

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 到達確認	機器仕様/規格を満たしているか。※1	○
6 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 到達圧力  $1.6 \times 10^{-1}$  Pa
- モーター電流 6.35A
- 異音、オイル漏れ等特に異常無 良品と判断します。



取扱説明書(有)

### 修理・改造履歴

年月日	修理・改造	作業者

File Maker入力 (備考欄コメント)

動作(OK) 工数[ 1.0 H ]

※1規格値内で使用の場合は、O/Hが必要です。