

管理番号

NA0671

動作確認チェックシート

検査日	2025年3月10日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	クライオコンプレッサー	電源	3相 200V	冷却水継手	Rc3/8 メス
型式	P-875CA	周波数	50/60Hz	外寸(mm)	450×550×630
メーカー名	アネルバ	冷却方式	水冷式	積算表示時間	36029.8Hr
機械Ser.No	27P18066E	冷却水温	30℃以下	重量	115Kg
製造年月	—	冷却水量	420L/h		

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 到達圧力/温度	機器の仕様/規格を満たしているか。	○
6 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。



・コンプレッサーP-875CA (NA0671)



・クライオポンプCAP-121R (H61123)

・到達圧力 : 4.1×10^{-4} Pa

・積算表示 : 36029.8h

取扱説明書(無) * 到達温度は測定機器が付属されていない為、確認しておりません。

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI 入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業時間 [4.0H]

検査担当者 [立野]



ユーザー名【 】出荷日 年 月 日