

NB0343

動作確認チェックシート

検査日	2024年7月22日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	崩壊試験機	電源	100VAC	温度	30~90° (Over Heat)
MODEL	NT-40H	電流	MAX 11A	外寸	W730xD300XH620 ^{mm}
メーカー名	富山産業(株)	周波数	50/60Hz	重量	30kg
SER No.	6423	MOTOR	20W		
製造年月	2007年7月	HEATER	1kW		

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	—
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

a t28.5°C

1.電源投入→問題なし。

hum 45.0%

2.揺動動作確認→問題なし。(動作時間含む)

3.温度確認(設定温度37°C、50°C)→問題なし。



電源ON 水温26.0°C



HEATER 1 ON, HEATER 2 ON



BASKET ON, STIRRER ON



BASKET揺動, STIRRER回転



設定: 37.0°C、実温: 37.1°C



比較用温度: 36.5°C



設定: 50.0°C、実温: 50.2°C



比較用温度: 49.3°C



揺動時間→4箇所同時確認

取扱説明書:無

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI 入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作:水作業工数[3.5 hr]

検査担当者[雨宮]

※比較用温度センサーは付属していません。

