管理番号

NB0382

工業用顕微鏡チェックシート

検査日	2024 年 3 月 14 日
名称	金属顕微鏡
メーカー	ニコン
型式	OPTIPHOT
S/N	66149
年式	年　月

【外観】

【仕様】

観察法	明視野	鏡筒	三眼鏡筒
		各種フィルター	—
照明系	ハロゲンランプ6V20W	ステージ	—
総合倍率	50x.100x.200x.500x	ステージストローク	92mm × 100mm
接眼レンズ	CFW 10x		
		レボルバー	4個穴手動レボルバー
対物レンズ	BD Plan5x/0.1	その他(ランプ電源)	TRANSFORMER
	BD Plan10x/0.25		Model:XN
	BD Plan20x/0.4 ELWD		100V 50/60Hz 30w
	BD Plan50x/0.5 ELWD		SEC. 3-6 3.3A
			FUSE 1A/250V

チェック項目

■ コンディション	評価
総合	問題なし
外観	問題なし
光学系	問題なし
駆動系	問題なし
照明	問題ない
手動レボルバー	問題なし
取扱説明書	無

視野内画像



【修理・改造履歴】

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力　　(備考欄コメント)　　[責任者]

動作(OK)　作業工数[4 H]

検査担当者[三科]

ユーザー名【　　】出荷日　　年　月　日