

管理番号

NC0033

# 動作確認チェックシート

検査日	2024年 11月 15日	(機械の仕様・規格を記入する。)		
商品名	クリーンルーム用掃除機	電源電圧	単相 100 V	
型式	ULTRA2000	周波数	50/60Hz	
メーカー名	アズワン	消費電力	1000w	
機械Ser.No	2301005	風量	0.95 m3/min	
製造年月	2023年1月	静圧	7.25kPa	

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 本体の清掃
- 電源ケーブル及びコンセント目視点検:問題なし。
- HEPAフィルターの目視点検:問題なし。
- 布フィルターの目視点検:問題なし
- 吸引動作に問題ありません。

※測定はオリオン(株)のハンドヘルドパーティクルカウンタ  
型式:KC-51を使用しました。(社内測定機器)

測定記録(測定時間:1分)

	測定(4回) 単位:Counts/ℓ		
	0.3μm	0.5μm	5.0μm
1回目	20	17	2
2回目	35	10	0
3回目	14	0	0
4回目	11	0	0



- 付属品:サクシオンホース・伸縮式延長管・床ブラシ・丸ブラシ・隙間吸引口は付属していません。

取扱説明書(無)

## 修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[ 1 H]

検査担当者[ 三科 ]

ユーザー名【

】出荷日 年 月 日

